

Bruker 400 MHz NMR（全自動） 利用規定

2013/5/23

当面の間、利用ルールは以下の通りとします。

1. 利用資格者

利用資格者は講習会において講習を受けた教員、博士研究員、及び博士課程以上の大学院生と、1研究室あたり5名以下の修士課程の大学院生及び4年生とします（Bruker 300MHz NMR および 400 MHz NMR（全自動ではない装置）の利用者と重複しても、していなくてもかまいません）。ただし、別途設置されているデータ処理用の端末については特に利用制限はありません。

2. 予約

オートサンプラーの空き部分にサンプルをセットして下さい。1サンプルあたり測定可能な最長時間は、

- ・ 平日昼間（午前10時～午後10時）・土曜日（ ^1H 、 ^{19}F 核のみ）

10分／サンプル

- ・ 夜間（午後10時～午前10時）、及び祝日、休日（ ^1H 、 ^{13}C 、 ^{19}F 核）

2時間／サンプル

とします。

3. 研究室の使用責任者

各研究室から1名使用責任者を選んでいただき、比較的軽度のトラブルに対処していただきます。トラブル発生時は必ず以下に記した管理責任者に事故報告書を提出してください。

4. ファイル管理

ファイルについては定期的に削除します（事前に掲示します）。ファイルのやりとりによりウイルスをワークステーションにうつさないよう、十分注意してください。また、データが破損するおそれもあるので、必ず各自でデータをバックアップしてください。

5. トラブル発生時の連絡先（緊急時は所属研究室の教員に連絡すること）

杉本 裕 （内線 5 7 4 1）（運営責任者）

本多 智 （内線 5 7 3 4）

川路 穰照 （内線 5 7 3 4）